

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金化学分析方法 第 12 部分：铈含量的测定 承办人：李绍文 共 2 页 第 1 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司 电 话：15225550349 2026 年 7 月 日填写

序号	标准章 条编号	意见内容	提出单位	处理 意见	备注
1	全文	标准溶液配置，可以采购市售	阜阳质检站	采纳	回函有意见的 单位
2	5.5.5.1	“用盐酸（5.2.5）稀释至刻度”，改为“加入 10ml 盐酸（5.2.5）”	阜阳质检站	采纳	
3	6.4.7	“铈标准贮存溶液（6.2.9）”改为“（6.2.10）”	阜阳质检站	采纳	
4	6.4.7	“及 1ml 标准匹配溶液”改为 2ml	江西铜信/阜阳质检站	采纳	
5	计算公式	罗丹明法，×100 改为×200，分母 10 ⁵ 改为 10 ⁶	阜阳质检站	采纳	
6	AAS 波长	建议采用主灵敏线 217.6nm	广东省科学院工业分析检测中心	未采纳	
7	7.2	试剂改为：“除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂”和“水，GB/T 6682，二级”	国标北京	采纳	
8	表 10	表头删除“及分取体积”，表格里删除试液体积。	国标北京	采纳	
9	7.5.4.1	沉淀过滤处理应表述清晰，是移入容量瓶前过滤，还是定容后测定前干过滤	国标北京	采纳	
10	7.5	标题应为“试验步骤”。	国标北京	采纳	
11	7.5.2	标题应为“平行试验”。	国标北京	采纳	
12	7.6	标题应为“试验数据处理”，对结果描述建议改为：“计算结果表示至小数点后两位。数值修约按 GB/T 8170 的规定执行”。	国标北京	采纳	
13	1 范围	结晶紫分光光度法测定范围：>0.0010%~0.0070%，改为>0.0010%~0.070%；	中金岭南	采纳	
14	5.5.1	表 4 试料量及稀释体积>0.050%-0.25%，改为>0.050%-0.070%。	中金岭南	采纳	
15	4.5.4.3	改为采用快速定量滤纸过滤，减少洗涤次数，并删减 4.5.4.4。	江西铜信	未采纳	
16	6.2.5	“硫酸铈（IV）溶液：溶解 4g 四水合硫酸铈（IV）[Ce（SO ₄ ） ₂ ·4H ₂ O]并用 0.5mol/L 的硫酸稀释至 100mL”中的铈改为铈。	江西铜信	采纳	
17	6.5	公式中 10 ⁵ 应为 10 ⁶	江西铜信	采纳	
18	6.4.7	“1mL 标准匹配溶液进行操作”中 1ml 改为 2ml	江西铜信	采纳	
19					回函无意见的 单位
20					
21					
22					
23					
24					未回函单位
25					

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金化学分析方法 第 12 部分：铋含量的测定 承办人：李绍文

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司 电 话：15225550349

共 2 页 第 2 页

2026 年 7 月 日填写

序号	标准章 条编号	意见内容	提出单位	处理 意见	备注
26					
27					
28					
29					

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 个；

（4）没有回函的单位数： 个。