标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金化学分析方法 第20部分：锆含量的测定　　承办人：陈雄飞　　共 2 页　第 1 页

标准项目负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司　　电　话：18310532310　　2026年10月2日填写

序号	标准章条编号	意见内容	提出单位	处理意见	备注
1	前言	主要技术变化建议将a）和b）合并。	浙江海亮股份有限公司	采纳	
2	4 原理	建议将“根据工作曲线计算得到锆的质量”修改为“根据工作曲线查得锆的质量”	中铝检测科技（郑州）有限公司	采纳	
3	5.7	本方法对所使用的锆标准溶液的介质有特殊要求，因此建议增加对市售的锆有证标准溶液介质的要求。	阜阳市产品质量监督检验所	采纳	
4	8.2	建议在“平行做两份试验”后面增加“取其平均值”。	云南铜业股份有限公司	采纳	
5	8.5.2	以试剂空白溶液为参比，建议改为以“零”浓度标准溶液为参比。	长沙矿冶院检测技术有限责任公司	采纳	
6	9	建议删除“数值以质量百分数表示”。	国合通用（青岛）测试评价有限公司	采纳	
7		无意见	山东众标企信检测科技有限公司		
8		无意见	绍兴市特种设备检测院		
9		无意见	中铝材料应用研究院有限公司		
10		无意见	有研亿金新材料有限公司		
11		无意见	山西北铜新材料科技有限公司		
12		无意见	宁波金田铜业（集团）股份有限公司		
13		无意见	洛阳船舶材料研究所		
14		无意见	安徽鑫科新材料股份有限公司		
15		无意见	绍兴市质量技术监督检测院		
16		无意见	铜陵有色金属集团股份公司		
17		无意见	通标标准技术服务有限公司		
18		无意见	西北有色金属研究院		
19		无意见	阳谷祥光铜业有限公司		
20		无意见	有研工程技术研究院有限公司		

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金化学分析方法 第20部分：锆含量的测定　　承办人：陈雄飞　　共 2 页　第 2 页

标准项目负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司　　电　话：18310532310　　2026年10月2日填写

序号	标准章条编号	意见内容	提出单位	处理意见	备注
21		无意见	重庆大学		
22		无意见	重庆龙煜精密铜管有限公司		
23		无意见	山东中金岭南铜业有限责任公司		
24		无意见	江西铜信检验检测有限公司		
25		无意见	上海有色金属工业技术监测中心有限公司		

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：25个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：25个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；

（4）没有回函的单位数：0 个。